

תאריך הכנת הדוח: 20/07/2025

מספר הדו"ח: 2084225

לכבוד: וולף שירותי מעבדה בע"מ

וולף שירותי מעבדה בע"מ

כתובת:

מבשרת ציון 90805

טל': 02-5332544

email: yossiwofff@gmail.com

פקס: 02-5335826

העתק: lilya.borochov@lbm.health.gov.il 050-6243644  
Michal.Hayoun@rml.health.gov.il 054-2311577  
Shaked.Adar-Vanunu@rml.health.gov.il 054-9788533



ISRAC  
הרשות הלאומית  
להסמכת מעבדות  
ISO/IEC 17025  
בדיקה  
147.00

**תעודה לתוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מי שתייה**

מס' הדוגמאות: 5  
מקום הדיגום: וולף שירותי מעבדה בעמ  
תאריך הדיגום: 15/07/2025 שעת הדיגום: 14:30 שם הדוגם: יוסף יהודה  
תאריך הקבלה: 15/07/2025 שעת הקבלה: 15:15  
מבצע הבדיקה: שרה

**דו"ח ביצוע בדיקות**

למילוי ע"י מעבדה בלבד

| אנטרובקט<br>צואתי<br>Enterococo | ספירה כללית<br>Total count | סטאפי לוקוקוס<br>S. aureus | פסאודומונס<br>ארוגינוזה<br>P. aeruginos | קולי פורמים<br>צואתיים<br>F. coliforms | קולי פורמים<br>coliforms | עכירות | הגבה<br>PII | כלור כללי | כלור חופשי | סמפ' המים | שם הדגימה                                   | מספר מעבדה |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|--------------------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|---|------------|
| CFU:<br>1000 ml                 | CFU:<br>1 ml               | CFU:<br>100 ml             | CFU:<br>100 ml                          | CFU:<br>100 ml                         | CFU:<br>100 ml           | NTU    | -           | מ/מ       | מ/מ        | °C        |   |            |
| MF SMI-9230A                    | SM-<br>9215B               | MF SMI-<br>9213B           | MF SMI-<br>9213E                        | MF SMI-<br>9222D                       | MF SMI-<br>9222B         |        |             |           |            |           |   |            |
| -                               | 2                          | -                          | -                                       | -                                      | <1                       | 0.11   | 7.42        | -         | 0.43       | -         | הר אדר-מי<br>שתייה-מקורות-<br>NW00013592    | 2084225    |
| -                               | 2                          | -                          | -                                       | -                                      | <1                       | 0.13   | 7.40        | -         | 0.42       | -         | הר האדר-מי שתייה-נוף<br>הרים- NW00013591    | 2084325    |
| -                               | 3                          | -                          | -                                       | -                                      | <1                       | 0.15   | 7.41        | -         | 0.40       | -         | הר אדר-מי<br>שתייה-מבוא הכפר-<br>NW00013110 | 2084425    |
| -                               | 4                          | -                          | -                                       | -                                      | <1                       | 0.12   | 7.41        | -         | 0.42       | -         | הר אדר-מי<br>שתייה-אלון-<br>NW00013590      | 2084525    |
| -                               | 3                          | -                          | -                                       | -                                      | <1                       | 0.11   | 7.40        | -         | 0.41       | -         | הר אדר-מי<br>שתייה-ברוש-<br>NW00013589      | 2084625    |

**הערות לתוצאות:**

התוצאות תקינות

(מי שתייה) A1

**רמה מותרת: פרמטרים פיזיקו-כימיקלים ומיקרוביולוגיים על פי משרד הבריאות**

| לגיונלה      | ס. כללית | פסאודו-מונס | קולי-פורמיס צואתיים | אי קולי    | קולי-פורמיס | עכירות | הנבה    | כלור חופשי | טמ'פ | סוג מים                   |
|--------------|----------|-------------|---------------------|------------|-------------|--------|---------|------------|------|---------------------------|
| CFU: 1000 ml | CFU 1 ml | CFU 100 ml  | CFU 100 ml          | CFU 100 ml | CFU 100 ml  | NTU    | -       | מג/ל       | °C   |                           |
| <1000        | <1000    | -           | <1                  | <1         | <1          | <1     | 6.5-9.5 | 0.1-0.5    | -    | מים חמים עסקי אירוח       |
|              | <1000    | -           | <1                  | <1         | <1          | <1     | 6.5-9.5 | 0.1-0.5    | -    |                           |
| <100         | <100     | -           | -                   | -          | -           | -      | -       | -          | -    | מזרקות אינטראקטיביות      |
| <1000        | <10000   | -           | -                   | -          | -           | -      | -       | -          | -    | מגדלי קירור ומערכות ערפול |
| <1000        | <10000   | -           | -                   | -          | -           | -      | -       | -          | -    | מזרקות ומפלי נוי          |

**הסמכות והכרות**

- הפרמטרים הפיזיקליים והכימיים נמדדו על ידי דוגם מוסמך מטעם משרד הבריאות.
- המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקות לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקות על ידי משרד הבריאות.
- כל הבדיקות נוצעו בהתאם לדרישות התקנים והתקנות.

**הערות**

- הדוגמה שנמסרה למעבדה מהווה את בסיס הנתונים לתוצאות שחתקבלו.
- הצהרת ההתאמה אינה כוללת את ערכי אי הוודאות של הבדיקה
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים.
- חברת ביו-לב בע"מ לא תהיה אחראית לשימוש שייעשה בממצאים או בנתונים שהועברו או נמסרו לגורם שאינו מזמין הבדיקה, ללא קבלת הסכמתה מראש, למעט הדיווח למשרד הבריאות שהמעבדה מחויבת בו על פי חוק.

הדיגום באחריות הלקוח

חתימה:

נבדק ואושר ע"י: ד"ר אסתר קוסיטאל – מנהלת מעבדה לבדיקות מים

סוף הדו"ח.

בתוקף מ: 01.11.2024

D394/01